

## RESULTAAT asbestonderzoek

U ontving per mail ( PDF file ) een verslag van asbestidentificatie


Vermelding op verslag	Betekent, er werd ...	Is er asbest aanwezig ?
Chrysotiel	Chrysotiel asbest gevonden	JA
Amosiet	Amosiet asbest gevonden	JA
Crocidoliet	Crocidoliet asbest gevonden	JA
NAF	Geen asbest gevonden	NAF
GEEN RESULTAAT (door beperking polarisatie techniek)	Geen sluitende analyse door beperkingen techniek optische polarisatie microscopie	Niet gekend

### Interpretatie RESULTAAT NAF

NAF = afkorting No Asbestos Found NAF interpretatie = No asbestos found = ( geen asbest gevonden ) betekent dat de aanwezigheid van asbest kon niet worden aangetoond met de gebruikte techniek optische microscopie, polarisatie en dispersiekleuring.



**Chrysotiel asbest**  
 ( in volksmond witte asbest )  
 Wit, zacht, serpentijn vorm  
**Gevaarlijk** bij inademing



**Amosiet asbest**  
 ( in volksmond bruine asbest )  
 Lichtbruin, naaldvormig, stekelig,  
**Zeer gevaarlijk** bij inademing



**Crocidoliet asbest**  
 ( in volksmond blauwe asbest )  
 Blauw, naaldvormig, stekelig,  
**Zeer gevaarlijk** bij inademing



Terug naar website [van Asbestlabo](#)